



Naudokite Cefaly 1 programą, kaip nurodyta.

Pasibaigus dvidešimties minučių procedūrai, prietaiso intensyvumas laipsniškai mažėja 30 sekundžių.

Šios fazės metu paspaudę pagrindinį mygtuką, iš naujo paleisite dvidešimties minučių programą.